

9.1 Control de los equipos de seguimiento y medición

No	EQUIPO DE MEDICIÓN	NÚMERO DE INVENTARIO	RESPONSABLE ASIGNADO	REQUERIMIENTO DE				FECHA PROGRAMADA	OBSERVACIONES
				AJUSTE	CALIBRACIÓN	REEMPLAZO	NINGUNO		
1	Bascula analítica 220 GRS*0.1MG sartorius	0001567	Luz A. Ontiveros García		X			Septiembre 2021	Se encuentra en reparación por problema de calibración
2	Horno de secado ecocell 222temp, hasta 300°C	0001587	Luz A. Ontiveros García	X				Septiembre 2021	Se encuentra en reparación por problemas de desajuste
3	Autoclave 40 LITROS	0001586	Luz A. Ontiveros García				X		Ninguno
4	Campana de flujo laminar vertical 140x221x70 cm. (incluye base tubular con niveladores de rueda, lámpara de luz fluo y uv)	001569	Luz A. Ontiveros García				X		Ninguno
5	Microscopio trinocular biológico serie ba210 plan acromáticos ccia ef-n pl4x, 10x, 40xs, 100cs-oil	0001570 0001571 0001572 0001573 0001574 0001575 0001576 0001577	Luz A. Ontiveros García	X				Septiembre 2021	Limpieza de objetivos y demás componentes
6	Estéreo microscópico con sistema óptico zoom greenough, cabeza binocular inclinada 45° y notable a 360°	0001579 0001580 0001581 0001582 0001583 0001584	Luz A. Ontiveros García	X				Septiembre 2021	Limpieza de objetivos y demás componentes
7	Bascula digital 15 kg	001931	Julieta Espinoza				X		Ninguno
8	Roto- evaporador digital vertical	000156	Luz A. Ontiveros García			X		Septiembre 2021	Pieza faltante
9	Centrifuga para 12 tubos de 15ml 0-4000 rpm, control de tiempo y velocidad, electromecánica, no utiliza carbones kit-lab	000157	Luz A. Ontiveros García				X		Ninguno
10	Medidor de bolsillo para PH/CE/TDS	000158 000159 000160	Julieta Espinoza				X		Ninguno
11	Espectrofotómetro	001954	Julieta Espinoza				X		Ninguno
12	Balanza digital Esnova	5310101	Luz A. Ontiveros García	X				Septiembre 2021	Reparación
13	Microscopio binocular leica DM500 contraste de fases 10X, 40X, 100X	531001000137	Martha Elena Vázquez Ontiveros				X		Ninguno
14	Microscopio trinocular inovation con cámara y monitor	551001000184	Martha Elena Vázquez Ontiveros				X		Ninguno
15	Potenciómetro medidor pH OHAUS STARTER 2100	002141	Julieta Espinoza		X			Septiembre 2021	Requiere calibración
16	Mini incubadora Labnet	531001000143	Martha Elena Vázquez Ontiveros				X		Ninguno



9.1 Control de los equipos de seguimiento y medición

17	Mini centrifuga marca Heathrow Scientific	531001000141	Martha Elena Vázquez Ontiveros				X		Ninguno
18	Mini centrifuga frontier de 6500 rpm	531001000094	Luz Adriana Ontiveros				X		Ninguno
19	Campana PCR marca BIOBASE	531001000139	Martha Elena Vázquez Ontiveros	X				Septiembre 2021	Requiere instalación
20	Mufla digital 20x20x25	001585	Luz Adriana Ontiveros	X				Septiembre 2021	Requiere instalación eléctrica especial
21	Medidor digital de actividad de agua	HK0002003034	Julieta Espinoza			X		Septiembre 2021	Requiere calibración
22	Destilador de vidrio para agua 54-W-40000	000158	Luz Adriana Ontiveros	X				Septiembre 2021	Requiere limpieza
23	Destilador de agua marca felisa	0001934	Julieta Espinoza	X				Septiembre 2021	Requiere instalación
24	Agitador orbital	001210	Julieta Espinoza	X				Septiembre 2021	Piezas faltantes

Martha Elena Vázquez Ontiveros	Martha Elena Vázquez Ontiveros	
Responsable de Laboratorios Emitió	Responsable del Sistema de Gestión Ambiental Revisó	Rectoría Aprobó

Fecha de revisión: Enero de 2021

Próxima revisión: septiembre de 2021